

Дом здравља Ваљево  
Број: ДЗ-01-856  
Дана: 25.03.2016 године  
Ваљево

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12; 14/2015 и 68/2015), директор Дома здравља Ваљево 25.03.2016. год. доноси

### ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељују се уговори за јавну набавку **медицинских апарата, јн бр. 1-3/2016:**

- за партију 1 – понуђачу **Schiller доо из Београда,**
- за партију 2 – понуђачу **Медиком доо из Шапца.**

### Образложење

Одлуком директора Дома здравља Ваљево, број ДЗ-01-473 од 22.02.2016. год. покренут је поступак јавне набавке добара мале вредности. Истовремено са доношењем одлуке донето је и решење о образовању Комисије за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија), број ДЗ-01-474 од 22.02.2016. год.

Предмет јавне набавке је **набавка медицинских апарата, ЈН бр. 1-3/2016.**

Процењена вредност јавне набавке износи 2.733.334,00 рсд, односно:

Партија 1. Аутоклав..... 1.833.334,00  
Партија 2. ЕКГ апарати..... 900.000,00

Средства за плаћање обезбеђена су из средстава буџета Града Ваљево, предвиђена су Финансијским планом установе за 2016 годину бр. ДЗ-01-113 од 22.01.2016. и биће плаћена са позиције - конта - 512511 – медицинска опрема.

У складу са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: ЗЈН), позив за подношење понуда са конкурсном документацијом наручилац је објавио на Потралу јавних набавки и на својој интернет страници.

У року за подношење понуда, односно до 24.03.2016. до 10,00 часова приспеле су понуде понуђача:

#### **Schiller доо из Београда**

заведена у писарници наручиоца под бр. ДЗ-01-799 од 23.03.2016. год за партију 2

#### **Суперлаб доо из Београда**

заведена у писарници наручиоца под бр. ДЗ-01-800 од 23.03.2016. год. за партију 2

#### **Медипро МПМ доо из Београда**

заведена у писарници наручиоца под бр. ДЗ-01-801 од 23.03.2016. год. за партију 2

#### **Medicom доо из Шапца**

заведена у писарници наручиоца под бр. ДЗ-01-805 од 23.03.2016. год. за партију 1

Јавно отварање понуда спроведено је истог дана у 14,00 часова у сали за састанке Дома здравља Ваљево, у присуству чланова комисије. О поступку отварања понуда вођен је записник у складу са чланом 104 ЗЈН.

Након јавног отварања понуда, Комисија је извршила стручну оцену понуда и оценила:

#### **Партија 1**

- да је понуда понуђача **Суперлаб доо из Београда**, понуђена цена **569.580,00** рсд, заведена под бројем П16-9332/2016 од од 21.03.2016. **неприхватљива**. Понуђени апарат не испуњава тражену техничку спецификацију, односно нема интегрисану алфа нумеричку тастатуру са гуменим командним тастерима. Затим, није наведено да апарат поседује тражене карактеристике:

- могућност директорг повезивања и штампе 3/6/12 каналног ЕКГ-а на екстерном А4 ласерском или ink-jet принтеру,
- саберега повезивање пацијента
- QRS беерг ( Звучно регистровање QRS комплекса )
- Интегрисан мин.. 1 x RS-232 interfejs
- Интегрисан мин. 1 x LPT interfejs
- Могућност надоградње апарата тромболиза софтвером

Достављеном спецификацијом није наведен Sampling rate понуђеног апарата и капацитет батерије.

- да је понуда понуђача **Медипро МПМ доо из Београда**, понуђена цена **315.000,00** рсд, заведена под бројем 22-03/2016 од 21.03.2016. г. **неприхватљива**, јер понуђач није доставио доказ да испуњава обавезан услов - важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности

која је предмет јавне набавке односно Решење Министарства здравља РС којим се дозвољава промет медицинских средстава –aparata . Такође није доставио доказ да испуњава додатни услов – да је медицинско средство уписано у Регистар медицинских средстава, односно није доставио Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

Чланом 106. ЗЈН прописано је да ће наручилац одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

Чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН прописано је да је „ Прихватљива понуда понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке“.

Из наведених разлога комисија је предложила директору Дома здравља Ваљево, да сходно одредбама члана 107. став 1. ЗЈН, одбије понуде понуђача **Суперлаб доо из Београда** и **МедиПро МПМ доо из Београда** као **неприхватљиве**.

- да је понуда понуђача **Schiller доо из Београда**, понуђена цена 749.700,00 рсд, заведена под бројем 68/2016 од 22.03.2016. године **прихватљива**, те да сходно одредбама члана 107. став 3. и члана 108. ЗЈН донесе Одлуку којом се уговор о јавној набавци додељује понуђачу **Schiller доо из Београда**.

#### Партија 2

- да је понуда понуђача **Medicom доо из Шапца**, понуђена цена 1.830.000,00 рсд, заведена под бројем 848/2016 од 21.03.2016. године **прихватљива**.

Комисија је предложила директору, да сходно одредбама члана 107. став 2. донесе Одлуку којом се уговор о јавној набавци додељује понуђачу **Medicom доо из Шапца**, имајући у виду да је чланом 107. став 3. ЗЈН, прописано је да наручилац доноси Одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

На основу напред наведеног директор је донео Одлуку као у изреци.

#### **ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

За Дом здравља Ваљево

*Мазариан*

Др Завен Дер Хазарјан  
вршилац дужности директора

