

Назив наручиоца: Дом здравља Ваљево
Адреса: Улица Железничка 12, 14000 Ваљево
ПИБ: 107041023
Матични број: 17817361
Шифра делатности: 8621
Број рачуна: 840-830661-75
Интернет адреса: <http://www.dzvaljevo.rs>

Број: ДЗ -01-3406

На основу члана 27,92,став 2,7 и 8 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/19) „Правилника о начину и поступку спровођења јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује и Одлуке о спровођењу набавке, достављамо Вам:

П О З И В
за достављање понуда

Позивамо Вас да доставите понуду за набавку добра-медицинска опрема за потребе Дома здравља Ваљево у складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог позива.

Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити све податке у обрасцу.

Рок испоруке/извршења: 5 дан од позива наручиоца
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Услови плаћања: на текући рачун понуђача, у року од 45 дана од дана испоруке/извршења, а према испостављеној исправној фактури.

Рок за достављање понуда: 29.10.2021.год. до 10 ч.

Начин достављања понуда: електронским путем на е-маил адресу: nabavka@dzvaljevo.rs или путем поште на адресу Дом здравља Ваљево, ул. Железничка 12, Ваљево трећи спрат - Управа

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача	
Седиште понуђача	
Одговорна особа /потписник уговора/	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Електронска пошта	
Текући рачун понуђача	
Пословна банка	
Матични број понуђача	
Порески број понуђача	
Рок плаћања	45 дана од испостављања рачуна
Рок за извршење/испоруке	5 дана од позива наручиоца

Место и датум:

Понуђач

/потпис овлашћеног лица /

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Редни број	назив	Јед. мере	количина	Јединична цена	Укупна цена без пдв-а
1.	<p>ECG 6-kanalni Dizajniran za portabilnost i jednostavno korišćenje, -5" ekran u boji sa komandama na dodir rezolucije 800x480 piksela, -Zasebni tasteri za brzo korišćenje, -Navođena akvizicija EKG zapisa od postavljanja elektroda do štampe i čuvanja snimka, -Ritam funkcija sa analizom tokom 3 minuta EKG merenja uključujući trend i varijabilnost pulsa, -EKG snimci se mogu skladištiti na uređaju (50 snimaka), preko USB konekcije sa PC računаром i na USB memoriju, -Mogućnost korišćenje sa softverom dizajniranim za lako ali kompletno upravljanje EKG snimcima, -Glasgow interpretacioni algoritam dostupan za odrasle i pedijatrijske pacijente, -Prikazivanje 3/6/12 kanala, -Standardni 15d pacijent kabel sa 10 vodova, -Ulazna impedansa: 100MΩ, -Ulazno uzorkovanje: 32000 uzoraka/sekundi/kanalu, -Rezolucija EKGa: 5μV/LSB; 500u/s, -Dinamički opseg: +/- 325 mV, -Propusna širina: 05-150 Hz, -Hardverska detekcija pacemaker-a sa digitalnim filtriranjem, -Visokopropusni filter, -Interferenciono adaptivni filter, -Niskopropusni filter, -AAMI/IEC standardi kod zaštite od defibrilatora, -Modovi snimanja: Automatski, Manuelni, Stat, Ritam, -Mogući Standard ili Cabarera raspored elektroda, -Nezavisna detekcija kvara na elektrodi za svaku elektrodu, -Opseg pulsnoг ritma 30-300 otkucaja u minuti, -Srpski jezik, -Autotest uređaja, -Štamпа na 108mm papiru termalnom glavom -Rezolucija štampe 8 tačaka/mm -Rolna termalnog papira 100mmx20m -Osetljivost štampe 5,10,20 mm/mV -Brzina štampe: 5,10,25,50 mm/s -Kalibracioni signal 1mV -Napon napajanja 100-240 V AC -Frekvencija napajanja 50/60 Hz -Napajanje zaštitne klase I</p>	Ком.	1		

	- NiMH baterija sa trajanjem dužim od 6h ili više od 500 EKG snimaka -Punjenje baterije: 4h do 85% od punog kapaciteta - Masa manja od 1,5 kg				
2.	Inhalator Snazan kompresorski inhalator radnog pritiska 1.5 bara. za veliki broj inhalacija tokom dana. -Autoklavirajuće mekane maske (velika I mala po izboru) -Autoklavirajući nebulajzer sa interapterom (dugme na nebulajzeru za prekid inhalacije) i dve dizne i to: Prva dizna -Ukupani izlaz min 590mg/min -MMD(srednji prečnik čestica) max 2.9 um -procenat čestica manjih od 5 um min 75 % Druga dizna -Ukupani izlaz min 450mg/min;; -MMD(srednji prečnik čestica) max 2.2 um -% čestica manjih od 5 um min 85 % Odabrani spektar aerosola omogućava ciljnu upotrebu za centralnu ili periferalnu plućnu oblast. -Mogućnost inhaliranja dece i odraslih - Za bolesti respiratornog trakta kao: Bronhialna asma i alergijska asma, Akutni i hronični bronhitis, emfizem pluća, COPD	Ком.	1		
	UKUPNO				

Укупан износ без ПДВ-а _____

Укупан износ са ПДВ-ом _____

Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије, односно мора да поседује дозволу за стављање у промет понуђеног медицинског средства.

Доказ – Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије. Уколико достављено Решење Агенције за лекове и медицинска средства не гласи на име понуђача, потребно је доставити и овлашћење носиоца уписа медицинског средства.

Решење АЛИМС-а мора бити важеће у моменту отварања понуде, а уколико Решење АЛИМС-а којим је дата дозвола за промет медицинског средства не покрива цео

уговорни период, понуђач је дужан да у роковима прописаним Законом о лековима и медицинским средствима поднесе захтев за продужетак регистрације и о истом бавести наручиоца (достави доказ да је наведени захтев поднет). По добијању Решења о обнови дозволе, понуђач је дужан да достави исто наручиоцу. У супротном, уговор ће бити раскинут.

Место и датум:

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуда за набавку ДОБРА-МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА за потребе ДЗ Ваљево , подносим:

П О Н У Д У бр. _____ / 2021

2. Понуду дајемо (заокружити):

- а) самостално
- б) са подизвођачем
- в) заједничку понуду

2. Услови понуде:

а) Вредност понуде: _____ динара без ПДВ,

словима: _____ ,

в) Плаћање ће се вршити у року од **45 (четрдесет пет) дана**, од дана пријема уредно испостављеног рачуна са комплетном документацијом.

Д) Важност понуде: _____ дана од дана отварања понуда.

Место и датум:

М.П.

Понуђач

/ потпис овлашћеног лица /

На основу чл.114,115 и 118. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/19) дајемо следећу:

ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Изјављујем под пуном моралном и кривичном одговорношћу да не постоје основи за искључење привредног субјекта/**ПОНУЂАЧА** у складу са чланом 111. Закона о јавним набавкама .

Место и датум

Понуђач

/потпис овлашћеног лица/